

2026年6月

医療関係者様 各位

製造販売元
PDRファーマ株式会社

医療機器プログラムの「OSS一覧」記載訂正のご案内

謹啓、時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社製医療機器プログラムの一部機能で使用しているOSS(オープンソースソフトウェア)に関し、同梱している文書(「OSS一覧」)に記載漏れ・誤りがあることが判明いたしました。

本件は文書の記載訂正であり、製品の動作・性能・安全性への影響はございません。また、再インストールや設定変更などの作業も不要です。

一方で、OSSに関する情報を確認される際に誤認が生じる可能性があるため、OSS一覧の修正版をご案内いたします。対象製品をご使用の場合は、OSS一覧を修正版に差し替えて保管いただき、必要に応じてご参照ください。

何卒、事情をご賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

1. 対象製品・バージョン (V:Version)

ボーンナビBSI : V2.1.7/V2.2.0

カーディオレポ : V1.0.3/V1.1.1/V1.1.2/V1.1.3/V1.2.0

2. 対象文書

OSS一覧

- ・製品のインストール先フォルダ内に保存されています。
- ・全ての対象製品・バージョンの修正版は、弊社にて保管しております。
ご入用の際は、下記窓口までお問い合わせください。

以上

ご不明な点につきましては、担当 MR または弊社 製品情報センターまでお問い合わせください。
(電話 : 0120-383-624 受付時間 : 9:00~17:00、土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)